

Numer sprawy: DTZ.382.14.2019

Zapytania i odpowiedzi

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu, produktów i wyrobów jednorazowego użytku

W związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zapytanie 1

Załącznik 1

Poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka wykonanego z włókniny wiskozowej – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

-NIE- Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 2

Załącznik 7

Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

W którym wszystkie serwety wykonane są z dwuwarstwowego laminatu – włóknina PP/PE (polipropylen/polietylen) o gramaturze 55 g/m² oraz chłonności min. 156 ml/m².

Zaoferowany zestaw posiada dodatkowo kieszeń dwukomorową na instrumenty pakowaną osobno – pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

- TAK -Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 3

Załącznik 7

Poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo o rozmiarze warstwy chłonnej min. 60 x 145 cm – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

- TAK -Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 4

PYTANIE 1 – załącznik 11

Zwracamy się z prośbą o uściślenie opisu przyrządu do podawania leków podanego w załączniku nr 11.

Czy Zamawiający wymaga przyrządu typu mini-spike z zatraskowym zamknięciem czy z zaworem, który konstrukcyjnie nie posiada zamknięcia? Oba zabezpieczenia zapobiegają wyciekowi leku lub płynu po odłączeniu strzykawki. Aspirator z zaworem nie posiada zatraskowego zamknięcia.

Należy również nadmienić, że przyrządy do podawania leków typu mini-spike są standardowo wyposażone w filtr bakteryjny lub bakteryjny i cząsteczkowy, co pozwala zatrzymaniu zanieczyszczeń, które mogą się dostać do leków lub płynów podczas ich pobierania.

Odpowiedź:

- Zamawiający wymaga przyrządu typu Mini- Spike z zatraskowym zamknięciem z filtrem powietrznym.

Zapytanie 5

PYTANIE 2 – załącznik 11

Czy Zamawiający w załączniku 11 dopuści przyrząd do podawania leków/płynów typu mini-spike z zatraskowym zamknięciem, zapobiegającym wyciekowi leku lub płynu po odłączeniu strzykawki, posiadający filtr bakteryjny 0,2µm, odporny na alkohole i tłuszcze, nie zawierający, lateksu, PCV i DEHP?

Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.

W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 6

PYTANIE 3 – załącznik 17, pozycja 4

Czy Zamawiający w załączniku 17, pozycja 4 dopuści stażę bezlateksową o długości opaski 47 cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ? Nieznaczna różnica w długości nie ma wpływu na jakość przeprowadzanych procedur medycznych. Dodatkowo należy zaznaczyć, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne.

W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 7

PYTANIE 4 – załącznik 32, pozycja 5

Czy Zamawiający w załączniku 32, pozycja 5 dopuści pojemnik kartonowy na zużyty sprzęt medyczny o wymiarach: długość: 202 mm; szerokość: 142 mm; wysokość: 142 mm; otwór wrzutowy (owalny): 90 x 50 mm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ? Pojemniki (kartony) na odpady nie są wyrobami medycznymi, pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na przeprowadzane procedury i ich efektywność, pełnią wyłącznie rolę pomocniczą, dlatego precyzyjne konkretyzowanie kształtu czy poszczególnych wymiarów, jest niczym nie uzasadnione i stanowi naruszenie zasad opisu przedmiotu zamówienia.

Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym.

W razie odmowy na powyższe, żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, upoważniającej Zamawiającego do naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, na których bazuje Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 8

PYTANIE 5 – załącznik 32, pozycja 7

Czy Zamawiający w załączniku 32, pozycja 7 dopuści pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 2L, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Zaproponowany pojemniki charakteryzuje nieznacznie większą pojemnością, co nie ma wpływu na jakość przeprowadzanych procedur, a pozwoli na zgromadzenie większej ilości zużytego sprzętu medycznego przeznaczonego do utylizacji w jednym pojemniku, co przekłada się na oszczędności, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.

W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

- **Zamawiający nie dopuszcza.**

Zapytanie 9

PYTANIE 6

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź:

- **TAK – Zamawiający wyraża zgodę**

Zapytanie 10

Załącznik 2, poz. 1

Czy zamawiający dopuści majtki do kolonoskopi o kroju bokserek?

Odpowiedź:

- **Zamawiający dopuszcza.**

Zapytanie 11

Załącznik 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

- **Zamawiający dopuszcza.**

Zapytanie 12

Załącznik 2, poz. 1

Czy zamawiający dopuści majtki do kolonoskopi o gramaturze ok. 35 g/m2?

Odpowiedź:

- **Zamawiający dopuszcza.**

Zapytanie 13

Załącznik 4, poz. 4-7

Czy zamawiający wydzieli poz.5-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

- **NIE- Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zapytanie 14

Załącznik 4, poz. 5

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie wymaga.

Zapytanie 15

Załącznik 4, poz. 5

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielnej folię?

Odpowiedź:

- TAK

Zapytanie 16

Załącznik 4, poz. 5

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie wymaga.

Zapytanie 17

Załącznik 4, poz. 5

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m²?

Odpowiedź:

- Zamawiający wymaga.

Zapytanie 18

Załącznik 4, poz. 5

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

Odpowiedź:

- Zamawiający wymaga.

Zapytanie 19

Załącznik 4, poz. 5

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 20

Załącznik 4, poz. 5

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 21

Załącznik 4, poz. 5

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 22

Załącznik 4, poz. 5

Czy zamawiający dopuści produkt w kolorze białym?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 23

Załącznik 5, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 24

Załącznik 6, poz. 1

Czy zamawiający dopuści fartuch ochronny podfoliowany, ze ściągaczem dzianinowym o szerokości 5 cm, wiązany z boku i na szyi, wykonany z polipropylenu o gramaturze 30 g/m² + polietylen PE, w kolorze białym, o długości 115 cm, pakowane po 10 szt. w opakowaniu - 100 szt. w kartonie, Oznakowanie CE zgodnie z EU Dyrektywą dla wyrobów medycznych 93/42/EEC, klasa 1, niesterylna?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 25

Załącznik 6, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 26

Załącznik 15, poz. 1

Czy zamawiający dopuści pojemnik typu tulipan z pokrywką o pojemności 2,5-3 litry?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 27

Załącznik 17, poz. 4

Czy zamawiający dopuści stażę bezlateksową, wykonana z rozciągliwego paska TPE. Bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry. pakowaną w rolce w odcinkach o długości 47 cm po 25 szt. w kartonik z podajnikiem, *rolce z nadrukowaną fabrycznie instrukcją obsługi na opakowaniu?*

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 28

Załącznik 17, poz. 4

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie (rolkę) 25 szt. – o dł. pojedynczego paska 47 cm, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 29

Załącznik 18, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 30

Załącznik 20, poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego drenu o średnicy ok /5 mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm, worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, dren posiada zakończenie obłe z dwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 mm, komora dł. Ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 31

Załącznik 27, poz. 6-8,11-12

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 6-8,11-12 z pakietu 27. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź:

- NIE- Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 32

Załącznik 27, poz. 6-7

Czy zamawiający dopuści strzykawkę z jednostronną czytelną skalą pomiarową, w kontrastowym kolorze?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 33

Załącznik 27, poz. 6-7

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawkę bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 34

Załącznik 27, poz. 12

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorecza dwukanałowa, trójplaszczynowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm³, powierzchnia komory 36,52 cm²?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 35

Załącznik 27, poz. 11-12

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi oraz IS bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

- Zamawiający wymaga.

Zapytanie 36

Załącznik 31, poz. 1-4

Czy zamawiający wydzieli poz.1-4 do osobnego pakietu i utworzy oddzielny pakiet na same elektrody, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

- NIE- Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 37

Załącznik 32, poz. 1-3

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu i utworzy oddzielny pakiet na pojemniki do badań, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

- NIE- Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 38

Załącznik 32, poz. 5-8

Czy zamawiający wydzieli poz.5-8 do osobnego pakietu i utworzy oddzielny pakiet na pojemniki na odpady medyczne, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

- NIE- Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 39

Załącznik 33, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 40

Załącznik 33, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm ?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 41

Załącznik 33, poz. 3

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 42

Załącznik 33, poz. 4

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 43

Załącznik 33, poz. 4

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu,

wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 44

Załącznik 33, poz. 7

Czy zamawiający wydzieli poz.7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

- NIE- Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 45

Załącznik 36, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu , natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów . Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź:

- Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie 46

Załącznik 36, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz numerem LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji , pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie 47

Załącznik 36, poz. 1

Czy zamawiający dopuści aby rozmiar oraz kształt ostrza widoczny był na opakowaniu zbiorczym (100 szt) –opakowanie zbiorcze : kartonik z dyspenserem – kształt ostrza na opak. zbiorczym przedstawiony w formie piktogramu, jednocześnie rozmiar podany na opakowaniu jednostkowym w formie aluminiowego blistra i dodatkowo wygrawerowany na ostrzu, aluminiowe opakowanie jednostkowe umożliwia również szybką i łatwą identyfikację kształtu ostrza- widoczny odcisk kształtu (kształt ostrza jest ściśle powiązany z rozmiarem)?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 48

Załącznik 37, poz. 3-5

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 35 pozycji nr 3-5 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 37A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź:

- NIE- Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 49

Załącznik 37, poz. 3-5

Czy zamawiający dopuści produkty z drenem o dł. ok. 200 cm?

Odpowiedź:

- **Zamawiający dopuszcza.**

Zapytanie 50

Załącznik 37, poz. 3-5

Czy zamawiający dopuści produkty sterylne?

Odpowiedź:

- **Zamawiający dopuszcza.**

Zapytanie 51

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację kryterium oceny ofert-termin płatności. W aktualnej sytuacji najwyżej punktowany jest 90 dniowy termin płatności, podczas, gdy dla podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym wynikającego art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403) maksymalny termin płatności to 60 dni.

Odpowiedź:

- **Modyfikacja SIWZ.**

Zapytanie 52

Załącznik nr 3: Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

- **Zamawiający dopuszcza.**

Zapytanie 53

Załącznik nr 14: Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane po 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

- **Zamawiający dopuszcza.**

Zapytanie 54

Zważywszy na zapis § 3 ust. 5, jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź:

- **Modyfikacja SIWZ.**

Zapytanie 55

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

- **Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zapytanie 56

Załącznik nr 27 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20- 24ml pakowane po 80szt. z przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź:

- **Zamawiający dopuszcza.**

Zapytanie 57

Załącznik nr 27 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści aparat do infuzji z komorą kroplową długości 45mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

- **Zamawiający dopuszcza.**

Zapytanie 58

Załącznik nr 27 poz. 13-20, 26

Czy Zamawiający dopuści igłę jednorazową, której osłonka wykonana jest z polietylenu?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 59

Załącznik nr 27 poz. 13-20, 26

Czy Zamawiający dopuści igły jednorazowe posiadające kod barwny na opakowaniu zbiorczym? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 60

Załącznik nr 28 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z optycznym identyfikatorem pozycji o/z?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 61

Załącznik nr 34 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonaną z FEP? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 62

Załącznik nr 34 poz. 2-6

Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadającą filtr hydrofobowy pełniący funkcje zastawki antyzwrotnej? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 63

Załącznik 1 , pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 10g/m²?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 64

Załącznik 4 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści komplet pościelowy z jednowarstwowej włókniny polipropylenowej, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 65

Załącznik 4 , pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny typu SMS

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 66

Załącznik 4 , pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o perforacji 37,5cm w kolorze białym, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 67

Załącznik 4 , pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze z włókniny antypoślizgowej?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie 68

Załącznik 5 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści spodenki w kolorze granatowym?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 69

Załącznik 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m²

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 150 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 90 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/120 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 85/70 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 130 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 600%. ?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 70

Załącznik 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 71

Załącznik 7 , pozycja 2,3

Czy Zamawiający dopuści serwety o wytrzymałości na rozerwanie na sucho 108 kPa i mokro 95 kPa?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 72

Załącznik 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 140x80cm z warstwą chłonną w rozmiarze 140x60cm?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 73

Załącznik 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji ginekologicznych:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m² i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 74

Załącznik 11 , pozycja 1

Prosimy o doprecyzowanie czy opis „bez filtra” dotyczy filtra płynów czy przyrząd ma nie posiadać również filtra powietrza?

Odpowiedź:

- Przyrząd powinien posiadać filtr powietrza.

Zapytanie 75

Załącznik 11 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez zastawki?

Odpowiedź:

- Zamawiający wymaga zatraskowego zamknięcia.

Zapytanie 76

Załącznik 12 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z balonem o pojemności 5-10ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 77

Załącznik 12 , pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelatona / Tiemanna o powierzchni standardowej (niezmrożonej), spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 78

Załącznik 12 , pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik Pezzer o długości 40cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 79

Załącznik 12 , pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren Kehra o długości ramion 45cm x 18cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 80

Załącznik 12 , pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o długości 105cm, dostępny, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 81

Załącznik 12 , pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy z dołączoną (pakowaną osobno) zatyczką, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 82

Załącznik 13 , pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje kieliszków szklanych sklasyfikowanych jako wyrób medyczny ?

Odpowiedź:

- Zamawiający oczekuje kieliszków szklanych sklasyfikowanych jako wyrób medyczny.

Zapytanie 83

Załącznik 13 , pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

- **Zamawiający dopuszcza.**

Zapytanie 84

Załącznik 13 , pozycja 3,4

Czy Zamawiający dopuści szpatułki drewniane w rozm. 150x17mm?

Odpowiedź:

- **Zamawiający dopuszcza.**

Zapytanie 85

Załącznik 14

Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane a'50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

- **Zamawiający dopuszcza.**

Zapytanie 86

Załącznik 16 , pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje 120 mat po 30 listków czy 4 maty po 30 listków?

Odpowiedź:

- **Zamawiający oczekuje 120 mat po 30 listków.**

Zapytanie 87

Załącznik 17 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii w rozmiarach: S (290mm – 355 mm), M (310 mm – 375 mm) i L (330 mm – 395 mm), spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź:

- **Zamawiający dopuszcza.**

Zapytanie 88

Załącznik 17 , pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści stazy bezlateksowe wykonane z termoplastycznego elastomeru, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

- **Zamawiający dopuszcza.**

Zapytanie 89

Załącznik 17 , pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaciskacze o długości 52 mm?

Odpowiedź:

- **Zamawiający dopuszcza.**

Zapytanie 90

Załącznik 17 , pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaciskacze sterylne?

Odpowiedź:

- **Zamawiający dopuszcza.**

Zapytanie 91

Załącznik 20 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem zakończonym atraumatycznym otworem oraz z jednym otworem bocznym, bez plastikowej kanki, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie 92

Załącznik 23 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o poj. 20 ml?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 93

Załącznik 30 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści gąbki w rozmiarze 12cmx7,5cmx2,3cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 94

Załącznik 31 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 55x41mm z jednym przeciętym bokiem umożliwiającym mocowanie przewodów?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 95

Załącznik 31 , pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody piankowe?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie 96

Załącznik 31 , pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji do odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców, a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź:

- NIE- Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 97

Załącznik 31 , pozycja 17

Prosimy o doprecyzowanie czy należy zaoferować 500szt. żelu 250g czy 500g?

Odpowiedź:

- Należy zaoferować 500 szt. po 500g.

Zapytanie 98

Załącznik 31 , pozycja 18

Prosimy o doprecyzowanie czy należy zaoferować 200szt. żelu 250g czy 500g?

Odpowiedź:

- Należy zaoferować 200 szt. po 500g.

Zapytanie 99

Załącznik 33 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opakę bez zatrzasku umożliwiającego zdjęcie jej bez uszkodzenia o długości 16,5cm?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 100

Załącznik 33 , pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opakę bez zatrzasku umożliwiającego zdjęcie jej bez uszkodzenia o długości 24cm?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 101

Załącznik 35 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem wykonane z elastycznego PCV bez silikonowania?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 102

Załącznik 35 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem z nazwą producenta na opakowaniu?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 103

Załącznik 35 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem posiadające podwójny znacznik głębokości?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 104

Załącznik 35 , pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone z mankietem wykonane z elastycznego PCV bez silikonowania?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 105

Załącznik 35 , pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone z mankietem z nazwą producenta na opakowaniu?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 106

Załącznik 35 , pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone z mankietem posiadające podwójny znacznik głębokości?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 107

Załącznik 37, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik dostępny w długościach 40 cm dla rozmiarów 6 i 8 oraz 50 cm dla pozostałych?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 108

Załącznik 37 , pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wazy tlenowe sterylne o długości 200cm?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 109

Załącznik 37 , pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem o poj. 8 ml?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 110

Załącznik 37 , pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści filtr o wydajności nawilżania 30,1mgH₂O/l przy V_t=1000 ml oraz odstąpi od czystości mikrobiologicznej?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie 111

Załącznik 37 , pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji do odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców, a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź:

- NIE- Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 112

Załącznik 40 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestawy do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yankauer 4,45/6,5mm z 4 otworami odbarczającymi?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 113

Załącznik 40 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestawy do odsysania pola operacyjnego pakowane podwójnie wewnątrz w worek foliowy oraz zewnętrznie opakowanie papierów-foliowe?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 114

Dotyczy Pakietu nr 40

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania wyspecyfikowanych zestawów do odsysania z drenem o długości 200 cm.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 115

Dotyczy Pakietu nr 40

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby wewnętrzne opakowanie wyrobu posiadało perforowany worek i zaakceptowanie rozwiązania, w którym worek stanowi otwartą kieszeń.

Chcemy jednocześnie podkreślić, że żadne normy dla procesu produkcyjnego tego typu wyrobów medycznych, nie nakładają obowiązku, żeby wewnętrzne opakowanie wyrobu sterylne, posiadało perforację.

To producent decyduje o tym, jaką zastosuje metodę, zapewniając najbardziej optymalne warunki dla sterylizacji tlenkiem etylenu oraz poprawnej degazacji wyrobu.

Ponadto, wyroby certyfikowane znakiem CE spełniają wszystkie wymagania stawiane na gruncie tzw. dyrektywy medycznej, jak również wszelkich innych obowiązujących w tym zakresie norm i regulacji.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 116

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź:

- TAK- Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 117

Pakiet 7 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego w którym: serweta górna ma wymiary 140 cm x 240 cm, serweta dolna ma wymiary 170 cm x 175 cm. Serwety o odporności na przenikanie cieczy 120 cm H₂O oraz o zdolności absorpcji cieczy 300%. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 118

Pakiet 7 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie serwety o odporności na przenikanie cieczy 125 cm H₂O, spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 119

Pakiet 7 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie serwety o odporności na przenikanie cieczy 125 cm H₂O, spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 120

Pakiet 7 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie serwety na stoli Mayo, której wielkość wzmocnienia wynosi 75 cm x 90 cm, spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 121

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź:

- TAK- Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 122

Pakiet 14, pozycja 1

Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania i komfortu, zarówno pacjenta jak i osoby wykonującej zabieg mycia jest gramatura 100g/m². Rękawica taka jest też bardziej wytrzymała. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z obu stron z włókniny 100g/m² ?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 123

Pakiet 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści majki pakowane po 20 sztuk oraz po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 124

Zadanie 26 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie czy w danej pozycji zamawiający oczekują rękawic pudrowanych czy bez pudrowych?

Odpowiedź:

- Zamawiający oczekują rękawic pudrowanych.

Zapytanie 125

Zadanie 26 poz. 1

Czy zamawiający dopuści rękawice o powierzchni gładkiej matowej?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 126

Zadanie 26 poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o sile zrywania 6N?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 127

Zadanie 26 poz. 2

Czy zamawiający dopuści rękawice pakowane po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 128

Zadanie 26 poz. 3

Prosimy o doprecyzowanie czy w danej pozycji zamawiający oczekują rękawic pudrowanych czy bez pudrowych?

Odpowiedź:

- Zamawiający oczekują rękawic bez pudrowych.

Zapytanie 129

Załącznik nr 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści Jednorazowa gąbka nasączona 20 ml substancją myjącą? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 130

Załącznik nr 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści Jednorazowa gąbka rozmiar 10cm x 10cm x 2,5cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 131

Załącznik nr 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie = 50 sztuk z przeliczeniem ilości? Pozostałe parametry zgodne z SIW

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 132

Załącznik nr 22, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „pokryty od zewnątrz folią PE”? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

- **Zamawiający odstąpi.**

Zapytanie 133

Załącznik nr 35, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurka intubacyjna wykonana z PCV? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

- **Zamawiający dopuszcza.**

Zapytanie 134

Załącznik nr 35, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści numer rurki i nazwę producenta na opakowaniu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

- **Zamawiający dopuszcza.**

Zapytanie 135

Załącznik nr 35, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści 1 półksiężyc zamiast dwóch oringów? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

- **Zamawiający nie dopuszcza.**

Zapytanie 136

Załącznik nr 35, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rurka intubacyjna wykonana z PCV? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

- **Zamawiający dopuszcza.**

Zapytanie 137

Załącznik nr 35, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści numer rurki i nazwę producenta na opakowaniu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

- **Zamawiający dopuszcza.**

Zapytanie 138

Załącznik nr 35, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści 1 półksiężyc zamiast dwóch oringów? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

- **Zamawiający nie dopuszcza.**

Zapytanie 139

Załącznik 7, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu uniwersalnego o poniższym składzie:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- 1 serweta przylepna 150x240cm z przylepną taśmą
- 1 serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą
- 2 serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą
- 1 kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,

- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

- Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 140

Załącznik 7, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji serwety na stolik Mayo z warstwą chłonną na całej długości. Wielkość wzmocnienia 60x145 cm.

Odpowiedź:

- Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 141

Załącznik 26, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic delikatnie teksturowanych na całej powierzchni, co znacznie poprawia właściwości chwytne rękawicy

Odpowiedź:

- Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 142

Załącznik 26, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitylowych o powierzchni zewnętrznej biszkoptowej (mikrotekstura praktycznie niewidoczna gołym okiem a poprawiająca właściwości chwytne rękawicy) oraz wyraźną teksturą na końcach palców.

Odpowiedź:

- Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 143

PYTANIE 1 DOTYCZY ZAŁĄCZNIKA NR 38

Czy Zamawiający dopuści Uchwyt sterylny jednorazowego użytku z elektrodą nożową, dwoma przyciskami, kablem długości 3 m, wtyk 3-pin, 1 opakowanie / 50 szt. ??

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 144

Pakiet 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia dostosowanego do worka, bez filtra z zamknięciem w postaci bazy iłowego zaworu z płaską powierzchnią do dezynfekcji, z możliwością użycia przez 216 aktywacji

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 145

Pakiet 26, poz. 1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o mikroteksturowanej powierzchni zewnętrznej

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 146

Pakiet 26, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o terminie ważności min. 24 miesiące.

Odpowiedź:

- Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie 147

Pakiet 41

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje łącznika dostępu żylnego z pozytywnym, negatywnym czy neutralnym ciśnieniem?

Odpowiedź:

- Zamawiającego oczekuje łącznika dostępu żylnego z neutralnym ciśnieniem.

Zapytanie 148

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby łącznik dostępu żylnego miał minimalną objętość wypełnienia tj. maks. 0,04ml/

Odpowiedź:

- Zamawiającego oczekuje aby łącznik dostępu żylnego miał minimalną objętość wypełnienia tj. maks. 0,04ml/

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych, Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w taki sposób, że:

- Wykreśla się zapis § 3 ust. 5 projektu umowy o treści:

Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej ust. 1. W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego całości zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie

i wprowadza się nowy zapis § 3 ust. 5 projektu umowy o treści:

Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej ust. 1. W przypadku wykorzystania przez Zamawiającego co najmniej 50% całości zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu niewykorzystania pełnej wartości umowy”.

- Wykreśla się zapis **Załącznik Nr 44**

Oceniane kryteria i ich znaczenie:

1. Kryterium ceny:

$$PKT = \frac{\text{Najniższa cena spośród nie odrzuconych ofert w załączniku nr....}}{\text{Cena oferty badanej w załączniku nr.....}} \times 100 \times 95\%$$

2. Kryterium termin płatności:

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg następującej skali punktowej

<i>Termin płatności</i>	<i>Ilość punktów</i>
<i>przelew 45 dni</i>	<i>0 pkt.</i>
<i>przelew 60 dni</i>	<i>4 pkt.</i>
<i>przelew 90 dni</i>	<i>5 pkt.</i>

$$PKT = \frac{\text{Ilość pkt. przyznana ofercie badanej w załączniku nr....}}{\text{Max. ilość pkt. spośród ocenianych ofert w załączniku nr...}} \times 100 \times 5\%$$

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.

i wprowadza się nowy zapis **Załącznik Nr 44**

Załącznik Nr 44

Oceniane kryteria i ich znaczenie:

1. Kryterium ceny:

$$PKT = \frac{\text{Najniższa cena spośród nie odrzuconych ofert w załączniku nr....}}{\text{Cena oferty badanej w załączniku nr.....}} \times 100 \times 95\%$$

2. Kryterium termin płatności:

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg następującej skali punktowej

<i>Termin płatności</i>	<i>Ilość punktów</i>
<i>przelew 45 dni</i>	<i>0 pkt.</i>
<i>przelew 50 dni</i>	<i>4 pkt.</i>
<i>przelew 60 dni</i>	<i>5 pkt.</i>

$$PKT = \frac{\text{Ilość pkt. przyznana ofercie badanej w załączniku nr....}}{\text{Max. ilość pkt. spośród ocenianych ofert w załączniku nr...}} \times 100 \times 5\%$$

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.