

Golub-Dobrzyń, dn. 13.12.2018r.

Numer sprawy: DTZ.382.27.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę próżniowego system pobierania krwi

W związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w/w sprawie Zamawiający modyfikuje udzieloną odpowiedzi na n/w zapytanie:

Zapytanie 3

- Zwracamy się o wyjaśnienie pkt. 2. Warunków koniecznych „, probówki posiadają jałowe wnętrze”. Czy Zamawiający w związku z tym oczekuje probówek finalnie sterylizowanych z ostatecznie uzyskaną klasą sterylności $SAL \geq 6$.

Odpowiedź:

- Zamawiający oczekuje probówek sterylnych o poziomie porównywalnym z $SAL \geq 6$, uzyskanych niezależnie o rodzaju stosowanej metody sterylizacji.