

1. Prosimy o wyłączenie Pakietu 6 z obowiązku dostaw w trybie zamówienia na cito w ciągu 12 godzin

Odp.: Zamawiający wyłącza Pakiet nr 6 z obowiązku dostaw w trybie „cito”.

---

2. Prosimy o potwierdzenie że wykonawcy składający ofertę tylko na wyroby medyczne (pakiet 6 - zestawy diagnostyczne do oznaczania stężenia glukozy we krwi) są zwolnieni z posiadania Koncesji, zezwolenia, zgody lub licencji.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że wykonawcy składający ofertę na wyroby medyczne (Pakiet nr 6) są zwolnieni z posiadania koncesji, zezwolenia, zgody lub licencji.

---

3. Prosimy o możliwość wyceny w pakiecie 6 za opakowanie lub zgodę na podanie ceny za sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na możliwość podania ceny za opakowanie.

---

4. Czy Zamawiający w zadaniu 6 wymaga, aby „pole testowe na całej szerokości paska” znajdowało się na jego końcówce a nie z boku paska, dzięki czemu można nanosić kroplę krwi w dowolnym miejscu na końcówce paska testowego, co znacznie ułatwia pracę personelu w placówce?

Odp.: Zamawiający wymaga, aby „pole testowe na całej szerokości paska” znajdowało się na końcówce paska testowego.

---